


使用前請務必確認

(柳菩林®注射用套組以不同顏色區分)

綠色

一個月持續性藥效皮下注射劑3.75毫克



金色

三個月持續性藥效皮下注射劑11.25毫克



注射時 要注意

- 注射部位要消毒
- 要確實捏起注射部位
- 以 30°~ 45°的角度刺入
- 不要在同一部位反覆注射
- 選擇皮下組織厚的位置
- 針孔朝上時安全裝置為橫向
- 針刺入後，只能外露三分之一以下

LH-RH 同族體/Microcapsule 型緩釋型製劑

柳菩林® 一個月持續性藥效皮下注射劑 3.75毫克
Leuplin® Depot 1M 3.75mg S.C. Injection

衛署藥輸字第 025934 號

柳菩林® 三個月持續性藥效皮下注射劑 11.25毫克
Leuplin® Depot 3M 11.25mg S.C. Injection

衛署藥輸字第 025193 號

1 混合懸浮液

- ※保持針蓋向上操作(防止液體外漏)。
- ※操作時切勿將推桿回拉，會造成中橡膠塞分離。

1 在推入推桿前，用手指輕敲針筒，敲散結塊粉末。
※這是讓懸浮液容易混合的必要步驟。

2 將針頭垂直朝上，緩緩推入活塞栓(6~8秒)，將中橡膠塞的前端移到藍色停止線。

3 針尖朝上，用手心輕敲15~30秒，混合懸浮液。通常15秒左右會完全懸浮。有一部分結塊的情況，大概需要30秒。
※要小心如果敲擊太大力，會產生氣泡並造成液體外漏。

4 要確認中橡膠塞接觸面的結塊粉末消失。(可以暫時橫置針筒確認)


5 仍有結塊粉末等沒有完全懸浮的情況，維持針蓋朝上，持續3輕彈另一面一會兒後，繼續混合懸浮液。

注意

- 用手心輕敲針筒混合懸浮液的速度會比滾動針筒(用手心夾住針筒轉動)快。
- 大力搖晃或拍擊會產生氣泡並造成液體外漏。

手指握把的顏色區分


柳菩林®注射用套組 3.75mg 綠
柳菩林®注射用套組 11.25 mg 金




2 取下針蓋，進行注射

- ※若在注射前使用安全裝置，則無法進行注射，請務必在給藥完成後再使用。


1 針蓋向上，手持針筒和針蓋的底部，不要轉動，直接拉開針蓋。這時候要非常小心針尖。
※轉動拔起針蓋，會造成液體外漏。




2 針尖朝上，排除氣泡。
氣泡排除後請立刻使用。



3 安全裝置的●(黑色圓圈)朝上時，針孔也會朝上。這種狀態下安全裝置會維持橫向，不會影響注射。




4 針孔向上，以30度~45度角刺入皮膚。
針刺入後，只能外露三分之一以下，進行注射。



但對較瘦、皮下組織較薄的患者，可以適當的調整，要確定將藥物注入皮下。

避免針刺意外的新裝置



手指握把的顏色區分


柳菩林®注射用套組 3.75mg 綠
柳菩林®注射用套組 11.25 mg 金

3 注射後請使用安全裝置。

※為了避免誤刺意外，配備安全裝置。

1

單手拿好針筒，小心不要被針尖刺到，
大拇指置於安全裝置側面的箭號下方。



2

不要從箭號的正面下壓，要由下往正上方推，滑動安全裝置。

要推到針尖完全隱藏，發出「喀」的聲音。

使用完畢，請置於廢棄桶中統一處理。

